

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2866

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 865

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 18/12/2020

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **Μ.Ε.Θ. ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΦ

1. Ο Κεντρικός Σταθμός να έχει δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον δέκα (10) ασθενών σε μία οθόνη και με δυνατότητα επέκτασης σε είκοσι (20) ασθενείς σε 2η οθόνη.
2. Να έχει δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με τα μόνιτορ μέσω δικτύου, ενσύρματου ή και ασύρματου.
3. Να είναι απλός στη χρήση του μέσω πληκτρολογίου και ποντικιού.
4. Να μπορεί ο χρήστης να εισάγει τα στοιχεία ασθενή. Επίσης, να μπορεί να ανατρέξει σε λίστα με όλους τους ασθενείς που έχουν παρακολουθηθεί.
5. Στην οθόνη να μπορούν να απεικονιστούν τα κάτωθι:
 - Κυματομορφές και ψηφιακές ενδείξεις για κάθε μόνιτορ ταυτόχρονα.
 - Μόνο ψηφιακές ενδείξεις ανά μόνιτορ.
 - Μόνο ένα παρακολουθούμενο μόνιτορ σε όλη την οθόνη.
 - Αριθμό της κλίνης, όνομα ασθενή, τις τιμές των παραμέτρων για κάθε μόνιτορ για όλους τους ασθενείς ταυτόχρονα μαζί με δύο κυματομορφές για κάθε ασθενή οπωσδήποτε.
 - Πληροφορίες νοσοκομείου και τμήματος.
 - Πίνακες υπολογισμών δοσολογίας φαρμάκων.
 - Αιμοδυναμικοί υπολογισμοί.
 - Αναπνευστικοί υπολογισμοί.
 - Ωρα συστήματος
6. Να μπορεί να διαχωριστεί η οθόνη σε δύο (2) τμήματα στα οποία να απεικονίζονται οι τρέχουσες κυματομορφές και ψηφιακές ενδείξεις των παραμέτρων στο ένα τμήμα και στο άλλο οι υπόλοιπες πληροφορίες. Σε περίπτωση ύπαρξης 2ης οθόνης ο διαχωρισμός θα είναι ο αντίστοιχος με τα παραπάνω.
7. Να μπορεί ο χρήστης να παγώσει τις κυματομορφές σε ένα από τα μόνιτορ και να ανατρέξει πίσω στο χρόνο για τουλάχιστον 3 λεπτά.
8. Να μπορεί ο χρήστης να ρυθμίσει την ταχύτητα των κυματομορφών σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα.
9. Να διαθέτει κομβία άμεσης προσπέλασης σε διάφορες λειτουργίες όπως επισκόπηση δεδομένων και συμβαμάτων, παύση συναγεργμών, εισαγωγή ασθενή, ρυθμίσεις συστήματος, ρύθμιση έντασης ήχου.

10. Να υπάρχει σαφής χρωματική απεικόνιση για την κατάσταση του κάθε μόνιτορ ώστε να

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **OX** /

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ: -

ΤΥΠΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΠΑΓΙΟΥ	ΣΥΝΔ. ΜΕ ΠΑΓΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
21	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖ ΕΙΔΙΚΑ1899	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	ΟΧΙ	1

ΣΥΝΟΛΟ:

1