

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 47155

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 3530

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 22/06/2022

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Αντένα μικροκυμάτων 15 G με ενσωματωμένο σύστημα ψύξης κλειστού τύπου .Να έχει απόδοση από 60 έως και 140 Watt στα 2.45 Ghz χωρίς την ανάγκη χρήσης choke .Να έχει τη δυνατότητα θερμοκαυτηρίασης 4,5x5,5 cm για δύο αλλοιώσεις ηπατος σε έξι λεπτά. Να έχει αντικολλητική επένδυση σε όλο το μήκος της.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
42831	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΟΓΚΩΝ (λειτουργία βάσει ραδιοσυχνοτήτων)	33141200-2		1

ΣΥΝΟΛΑ: 1