

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Λαβή λαρυγγοσκοπίου πολλαπλών χρήσεων συμβατική (standard).

- Να είναι αδιάβροχη.
  - Να δέχεται λάμες λαρυγγοσκοπίου πολλαπλών ή μιας χρήσης τύπου standard.
  - Να είναι κατασκευασμένη από ιατρικού τύπου ανοξείδωτο χάλυβα.
  - Να έχει φινίρισμα ματ και ραβδωτή υφή για την διευκόλυνση της συγκράτησης κατά την λαρυγγοσκόπηση.
  - Να διαθέτει φλάντζα στεγανοποίησης στη βάση της, ώστε να καθίσταται αδιάβροχη και να απαιτείται η αφαίρεση των μπαταριών κατά την απολύμανση ή την υγρή αποστείρωση της λαβής.
  - Να έχει διάμετρο 28mm, ύψος 140-150mm και βάρος περίπου 160 gr για την διευκόλυνση της συγκράτησης κατά τη λαρυγγοσκόπηση.
  - Να πληροί της προδιαγραφές EN ISO 7376-2009.
  - Να είναι Latex Free και DEHP free.
  - Να πωλείται σε ανεξάρτητη συσκευασία και όχι ως συλλογή με λάμες διαφόρων μεγεθών και τύπων.
  - Όλα τα ανωτέρω να πιστοποιούνται από επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΗ

## ΛΑΜΕΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ (STANDARD)

Λάμες λαρυγγοσκοπίου

πολλαπλών χρήσεων συμβατικές (standard) τύπου McIntosh.

- Να είναι διαθέσιμες σε μεγέθη 0, 1, 2, 3, 4 και 5. Να έχει δυνατότητα να επιλέξει το Νοσοκομείο ποσότητες από λάμες εκείνων των μεγεθών που έχει ανάγκη κάθε φορά. Μέγεθος 2 μία (1) λάμα, μέγεθος 3 τρεις (3) λάμες, μέγεθος 4 τέσσερις (4) λάμες.
- Να είναι συμβατές με λαβή του λαρυγγοσκοπίου συμβατική (standard).
- Να είναι κατασκευασμένες από ιατρικού τύπου ανοξείδωτο χάλυβα.
- Να διαθέτουν επικάλυψη ματ, ώστε να ελαττώνεται η αντανάκλαση του φωτός κατά την λαρυγγοσκόπηση και διασωλήνωση.
- Να διαθέτουν φωτεινή πηγή με λαμπάκι LED.
- Η φωτεινή πηγή να είναι στο άκρο της λάμας.
- Η διάμετρος της φωτεινής πηγής να είναι 3 mm.
- Η διάρκεια ζωής της άνω φωτεινής πηγής να είναι έως 50.000 ώρες, ώστε το λαμπάκι LED να είναι οικονομικά αποδοτικό.
- Να αναφέρεται το κόστος αγοράς λαμπτήρων LED, καθώς και η συσκευασία διάθεσης αυτών.
- Οι λάμες να πωλούνται σε ανεξάρτητη συσκευασία εκάστη και όχι ως συλλογή με λαβή και λάμες λαρυγγοσκοπίου διαφόρων μεγεθών και τύπων.