

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 52868

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 564

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 24/01/2023

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΣΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σύστημα διαδερμικής ή ανοιχτής θερμοκαυτηρίασης όγκων με μικροκύματα. Διαδερμική Αντένα μιας χρήσης εκπομπής μικροκυμάτων έως 150W εσωτερικώς ψυχόμενη και αποσπώμενη. Να διατίθεται με εξωτερική διάμετρο 15G και σε μήκη 15, cm με ενεργό περιοχή εκπομπών , 31mm. Η Αντένα να διαθέτει πατενταρισμένη σχεδίαση, AntiphaseTechnologyTM, ώστε να κάνει την ζώνη αφαίρεσης πιο σφαιρική και ο θερμοκαυτηρισμός να γίνεται πιο σφαιρικός και αποτελεσματικός για να διασφαλίζεται η διατήρηση των υγιών ιστών. Να διαθέτει διπλό σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας της Αντένας. Οι αντένες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά μία με εύρος μέγιστης θερμοκαυτηρίασης 4,5X4,5cm, 100W ισχύς και μέγιστο χρόνο 10 λεπτά, ανά δύο με εύρος μέγιστης θερμοκαυτηρίασης 4,8X6,5cm, 75/75W ισχύς ανά αντένα και μέγιστο χρόνο 15 λεπτά.

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

| ΚΩΔ. ΝΟΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                                                | CPV        | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| 42418     | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΟΓΚΩΝ<br>(λειτουργία βάσει μικροκυμάτων) | 33141200-2 |                    | 1                     |
| ΣΥΝΟΛΑ:   |                                                                      |            |                    | 1                     |