

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος****Οικονομικά Στοιχεία**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καθετήρας μπαλόني διάνοιξης ασβεστομένων αγγείων (IVL) με τεχνολογία ακουστικών κρουστικών παλμών, για την διάνοιξη στενώσεων με σοβαρές επασβετώσεις. Να διαστέλλεται στις 4 atm ώστε να εφάπτεται άριστα στο τοίχωμα του αγγείου. Το μπαλόني να διαθέτει πομπούς εκπομπής ηχητικών ωστικών κυμάτων, ικανών να μεταδίδο τοπικά πίεση έως και 50 atm, προκαλώντας ελεγχόμενη θραύση και κονιοτροποίηση του συσσωρευμένου στα τοιχώματα ασβεστίου. Να υποστηρίζεται από γεννήτρια ύψους 3.000volt και συχνότητας 1Hz κατά την διάρκεια της επέμβασης. Διαστάσεις 4,0 x 12 TEM. 2 3,5 X 12 TEM 2.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
52806	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ			2
52806	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ			1
ΣΥΝΟΛΑ:				3