

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

## Στοιχεία Σημειώματος

## Οικονομικά Στοιχεία

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ \*\*

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουρολογικό οδηγό σύρμα από πυρήνα νιτινόλης σχεδιασμού coiltocone με ενισχυμένο σώμα επίπεδης μεταλλικής περιέλιξης PTFE. Να διαθέτει 5cm ακτινοσκοπικό άκρο με στρώμα βολφραμίου και χημικά εφαρμοσμένη επικάλυψη μέγιστης υδροφιλικότητας που καταλήγει σε 3cm ατραυματικό εύκαμπτο τελικό τμήμα. Να διατίθεται και με 10cm εύκαμπτο εγγύς άκρο για ατραυματική φόρτωση σε ουρητηροσκοπία. Να έχει διαμέτρους 0.035'' και 0.038'', να είναι ευθύ με μήκος 150cm AP ME ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ.

## Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

## Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /  
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /  
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:  
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
45838	ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,035'' ΜΗΚΟΥΣ 150CM ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΜΠΤΗΣ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΟΡΥΦΗΣ		40	
ΣΥΝΟΛΑ:			40	