

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 69628

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 6423

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 10/09/2024

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρύγχη συμβατά με την επαναληπτική πιπέτα

1) Να είναι συμβατά με την επαναληπτική πιπέτα του νοσοκομείου M4 Eppendorf.

2) Να λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της θετικής μετατόπισης.

3) Να παρέχει διανομή υψηλής ακρίβειας ανεξάρτητα από την πυκνότητα και το ιξώδες του υγρού.

4) Να διαθέτει ερμητικά σφραγισμένο έμβολο ώστε να παρέχει ασφαλή διανομή για ραδιενεργές και τοξικές ουσίες.

5) Να επιτρέπει την γρήγορη διανομή μεγάλων σειρών με ακρίβεια και πανομοιότυπο όγκο (με χρήση της επαναληπτικής M4 Eppendorf πιπέτας).

6) Για 50μl να πραγματοποιεί με ένα γέμισμα (0,5ml tip) 10 διανομές ή (1ml tip) 20 διανομές ή (2,5ml tip) 50 διανομές ή (5ml tip) 100 διανομές.

7) Για 100μl να πραγματοποιεί με ένα γέμισμα (0,5ml tip) 5 διανομές ή (1ml tip) 10 διανομές ή (2,5ml tip) 25 διανομές ή (5ml tip) 50 διανομές ή (10ml tip) 100 διανομές.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
43030	Επιστόμια πιπετών FIN TIPS stepper 5ml		1000	

ΣΥΝΟΛΑ: 1000