

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος****Οικονομικά Στοιχεία**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΜΕΝΗ 10X20, 8 PLY ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 100% ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟ(ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑΣ 18 +/- 2 ΚΛΙΣΤΕΣ / CM2, ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ T!N 100 ΓΑΖ!N

( ΕΝΓΙΑΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ(ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α(Α: Ψ25Λ46ΜΨΙΦ-Σ7( )

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

1. Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι υψηλής απορροφητικότητας, τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ), και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία (μηχανέλαια κλπ). Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξουφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη είναι 90 μοίρες).

2. Ίς προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο

του πίνακα 1 του προτύπου EN 14079:2003

Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:

- τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής
- το είδος του περιεχομένου
- η ημερομηνία παραγωγής
- ο αριθμός παρτίδας
- οι διαστάσεις ( μήκος-πλάτος)
- Η σήμανση πιστότητας CE.

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση****Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /  
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /  
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:  
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
44653	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10X20 cm		200000	
ΣΥΝΟΛΑ:			200000	