

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΝΑΡΚΩΣΗ)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΛΑΜΕΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣ

Τεχνικές προδιαγραφές

- Να είναι μιας χρήσης και να φέρουν προστατευτικό κάλυμμα με προσοφθάλμια οπή καθ' και ενσωματωμένο κανάλι οδήγησης του ενδοτραχειακού σωλήνα για άμεση τοποθέτηση χωρίς να απαιτείται στειλεός.
- Οι λάμες να τοποθετούνται εύκολα επί της οπτικής ίνας, με τρόπο τέτοιο, ώστε να μονώνει πλήρως την οπτική ίνα για τον αποκλεισμό των επιμολύνσεων.
- Να προσφέρονται λάμες ενηλίκων σε δύο μεγέθη, small (για ενδοτραχειακούς σωλήνες 6,0-7,5 mm) και regular (για ενδοτραχειακούς σωλήνες 7,0-8,5 mm).

REGULAR (ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΕΧΑΙΑΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ 7,0-8,5 mm) 150 ΤΕΜ.

SMALL (ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ 6,0-7,5 mm) 100 ΤΕΜ.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
48080	ΛΑΜΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ			250
ΣΥΝΟΛΑ:			250	