

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

1. Τροχήλατο πέτασμα ακτινοπροστασίας με μεγάλης έκτασης μολυβδύαλο Συνολικό ύψος με τις ρόδες 200cm (± 5 cm). Συνολικό πλάτος 85cm (± 5 cm).
2. Το πέτασμα πρέπει να παρέχει ακτινοπροστασία τουλάχιστον ισοδύναμη με 2,00 mm Pb σε όλη την επιφάνεια του πετάσματος.
3. Να φέρει στο άνω τμήμα παράθυρο μολυβδύαλου διαστάσεων 80cm x 80cm τουλάχιστον, με προστασία τουλάχιστον ισοδύναμη με 2,00 mm Pb.
4. Η κύρια επιφάνεια προστασίας να αποτελείται από μοριοσανίδες με πλαστικοποιημένο ένθετο μολύβδου. Η εξωτερική επιφάνεια να καλύπτεται πλήρως με φορμάκια η μελαμίνη σε χρώμα λευκό η μπεζ ώστε να επιτυγχάνεται ο εύκολος καθαρισμός του πετάσματος με κοινά καθαριστικά. Επίσης να καλύπτεται περιμετρικά με προφίλ αλουμινίου.
5. Να είναι τροχήλατο για εύκολη μεταφορά. Να στηρίζεται σε σύστημα 4 τροχών, οι οποίοι να είναι κατασκευασμένοι για βαριά χρήση και να διαθέτουν αξιόπιστο σύστημα φρένου.
6. Ο κατασκευαστικός οίκος και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 ή και ISO 13485 (να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά). Επιπλέον ο προμηθευτής να διαθέτει και ISO 37001 (να κατατεθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό).
7. Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE (να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
8. Το συνολικό βάρος του πετάσματος να είναι ≤ 110 kg.
9. Χρόνος παράδοσης : Μέχρι το τέλος του έτους 2024.
10. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για οκτώ (8) έτη.
11. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).