

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Πλήρες σετ ενδοσκοπικής γαστροστομίας τύπου έλξεως- PULL συνδυασμένης διαδερμικής ενδοσκοπικής τοποθέτησης, αποτελούμενο από:

- Σωλήνα σίτισης από διαφανή σιλικόνη υψηλής ποιότητας και αντοχής, διαμέτρου 24fr (εσωτερική διάμετρος 5.5mm) αφαιρούμενο εξωτερικά-μη ενδοσκοπικά, χωρίς την εισαγωγή ενδοσκοπίου με χρήση της τεχνικής έλξεως, με ενδείξεις βάθους ανά 2cm, πεπλατυσμέν ακτινοσκοπικό άκρο σε σχήμα τουλίπας για καλύτερη συγκράτηση του στο τοίχωμα του στομάχου και ενσωματωμένο clip ώστε να αποφεύγεται η παλίνδρομη ροή κατά την σίτιση. Να φέρει αποσπώμενη κεφαλή σίτισης δύο δρόμων τύπου «Y» για σίτιση και χορήγηση φαρμάκων, προοδευτικά κωνικό άκρο με ενσωματωμένη περιέλιξη ανθεκτικού σύρματος και ανατομικά πέλματα σιλικόνης για την καθήλωσή του στο δέρμα με ειδικό σχεδιασμό για αποφυγή ερεθισμών
- Σύρμα εισαγωγής από teflon ιδιαίτερης αντοχής, μήκους 150cm, κεκαμμένο, με επικάλυψη Teflon
- Βρόγχο σύλληψης με θηκάρι Teflon και εύχρηστη λαβή χειρισμού ενός χεριού 3 δακτύλων
- Κάλυμμα έκθεσης χειρουργικού πεδίου
- Σωληνίσκο με βελόνα εισαγωγής,
- Νυστέρι, Γάζες, Ψαλίδι, Σύριγγα 6cc,
- Προσαρμοστές του σωλήνα σίτισης μονού και διπλού αυλού (universal adapter, bolu adapter),
- Εξαρτήματα ασφάλισης-στερέωσης του σωλήνα σίτισης (που δεν απαιτούν ραφές στο δέρμα) ώστε να αποφευχθεί μελλοντική μετακίνησή του.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
46904	ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ	33140000-3	10	
ΣΥΝΟΛΑ:			10	