

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 71643

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 8150

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 20/11/2024

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - AIDS**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΕΑ (ΑΠ 355/16/01/2020) ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Διαστάσεις: 16x100mm, με πιαστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. Χωρητικότητας 9 -10ml με αντιπηκτικό 1.8mg/mL EDTA K2 DrySprayed ψεκασμένο στα τοιχώματα. Να είναι κενού αέρα αποστειρωμένα, πλαστικά κατασκευασμένα από PET (Polyethyleneterephthalate), συνθετικά, άθραυστα, διαφανή. Να φέρουν ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η περιεχόμενη ποσότητα του αντιπηκτικού και η ημερομηνία λήξης.

- Όλα τα συνιστώμενα μέρη του συστήματος σωληναρίου να είναι Latex-Free . Να μην περιέχουν Latex, DryNaturalRubber, Phthalates
- Αποστειρωμένα με ακτινοβολία (R) ENISO 11137, με sterility assurance level (SAL) της τάξεως 10⁻⁶. Σύμφωνα με τις οδηγίες UNI EN 556-1, UNI EN ISO 11737-2, UNI EN ISO 11137-1
- Πώμα ασφαλείας χρώματος μωβ.
- Να μην επιτρέπει τη διαρροή (Leakproof)
- Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ISO9001/2015&ISO13485/2016 του κατασκευαστή (μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα και επικυρωμένα), ISO 9001/2015, ISO13485/2016, ISO 37001& ΔΥ8Δ/Γ.Π ΟΙΚ 1348 /2004 του προμηθευτή
- Ο κατασκευαστής να διαθέτει μελέτες της χρήσης του σωληναρίου που αποδεικνύουν ότι τα σωληνάρια που περιέχουν αυτό το αντιπηκτικό είναι κατάλληλα για χρήση στον προσδιορισμό παραμέτρων στις αιματολογικές εξετάσεις
- Η διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής να μην είναι μικρότερη από 18 μήνες (να κατατεθεί ανάλογο αποδεικτικό έντυπο)
- Στην ετικέτα σωληναρίου να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες: Επίπεδο γεμίματος (γραμμή καθοδήγησης), Αριθμός παρτίδας, Ημερομηνία λήξεως, Ονομαστική χωρητικότητα. την ένδειξη «αποστειρωμένο» / «sterile» με ακτινοβολία ν(R) Να

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CFV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
-----------	-----------------------	-----	--------------------	-----------------------

48017 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

6000

ΣΥΝΟΛΑ: 6000