

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

Οικονομικά Στοιχεία

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ **

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (LGO-Fistula Probe)
Το LGO-Fistula Probe έχει σχεδιαστεί για την εισαγωγή σε παθολογικά συρίγγια, διανέμοντας την ενέργεια λέιζερ περιφερειακά, εξασφαλίζοντας ομοιογενή θερμική καταστροφή.

Χαρακτηριστικά:

- Πλήρης κυκλική εκπομπή 360° & 60° σε σχέση με τον άξονα της ίνας.
- Μη εμπρόσθια εκπομπή ενέργειας.
- Ενεργό άκρο: 4mm.
- Διάμετρος πυρήνα: 600μm ή 400μm.
- Διάμετρος tip: 1,8mm και 1,2mm.
- Δυνατότητα κλειδώματος με αποθήκευση μνήμης ασθενούς.
- Μήκος οπτικής ίνας: 2,5m.
- Connector: SMA 905.
- Συμβατό με φορητή γεννήτρια GaAlAs με ενσωματωμένη μπαταρία.
- Διπλή αποστειρωμένη συσκευασία.
- Αποστείρωση με Ethylene Oxide.
- Πενταετής διάρκεια ζωής αποστείρωσης.
- Μέγιστη ισχύς: 12W στα 1470nm | 10W στα 1940nm.

FISTULA BRUSH - ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ

Το Fistula Brush χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και καθαρισμό του καναλιού του συρίγγιου, προάγοντας την εξάλειψή του.

Χαρακτηριστικά:

- Ημι-εύκαμπτο σύρμα μήκους 30cm.
- Ειδική βούρτσα στη μέση (μήκος 4cm, διάμετρος 0,4cm).
- Οπή στη μία άκρη και κλειστή μπίλια στο άλλο άκρο.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ.ΑΙΤΗΜΑ ΒΧ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53021	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΙΡΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LASEF		3	
ΣΥΝΟΛΑ:			3	