

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Τα φίλτρα να είναι κατάλληλα για ενήλικες και να διαθέτουν ηλεκτροστατική μεμβράνη φιλτραρίσματος με υψηλή αντιβακτηριδιακή δράση >99,99999%. Η αντιϊκή δράση τους να είναι τουλάχιστον >99,999%.

2. Η απόδοση των φίλτρων να είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 23328-1.

3. Να είναι κατάλληλα για αναπνευστικούς όγκους από 150-1.000 ml και να φέρουν οπή καπνογραφίας.

4. Να διαθέτουν ενσωματωμένο εναλλάκτη ύγρανσης θέρμανσης με απόδοση τουλάχιστον 31 mgH₂O/L σε αναπνευστικό όγκο 500ml.

5. Η αντίσταση ροής να μην υπερβαίνει τα 1,8 cmH₂O στα 60 L/min.

6. Ο νεκρός όγκος των φίλτρων να μην υπερβαίνει τα 35 ml.

7. Να είναι μικρού βάρους που να μην υπερβαίνει τα 30-31gr.

8. Να είναι αποστειρωμένα και πιστοποιημένα βάσει του EN 556-1.

9. Να είναι Latex Free, PVC-Free, Pthalate-Free.

10. Να συνοδεύονται στην ίδια συσκευασία από αποστειρωμένη προέκταση μεταβαλλόμενου μήκους από 9-15cm.

Να κατατεθεί δείγμα για περαιτέρω ποιοτική αξιολόγηση

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΑΠΟ ΑΡΡΩΣΤΟ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Αποστειρωμένα, μιας χρήσης, φίλτρο ύγρανσης -θέρμανσης, αντιμικροβιακά, με υποδοχή για καπνογράφο και κρικο

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΥΨΗΛΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
44316	Φίλτρα αντιβακτηριακά από άρρωστο (ενδοτραχειακό) με προέκταση, για καπνογράφο		800	
ΣΥΝΟΛΑ:			800	