

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 76964

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2808

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 10/04/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΝΑΡΚΩΣΗ)**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σετ χορήγησης φαρμάκων για αναλγησία ελεγχόμενη από τον ασθενή μέσω ηλεκτρονικής αντλίας PCA

• Το σετ να είναι ενιαίο, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον συνδέσεις για την αποφυγή διαρροών και για να τοποθετείται άμεσα στην αντλία.

• Το ένα άκρο του σετ να διαθέτει μαλακό ασκό 200ml, ώστε να γεμίζει εύκολα και γρήγορα και να επιτρέπει την εύκολη εξαγωγή αέρα χειροκίνητα και το άλλο άκρο να έχει σύνδεση luerlock.

• Να διαθέτει φίλτρο εξάλειψης αέρα 0,2 µm.

• Η πλήρωση να επιτυγχάνεται εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός πλήκτρου της αντλίας.

Να φέρει ειδικό καπάκι στο άκρο που να επιτρέπει την διέλευση του αέρα, αλλά όχι υγρών, ώστε να αποκλείει την κατά λάθος έγχυση φαρμάκου κατά τη διάρκεια της εξαέρωσης, καθώς και για να διατηρεί αποστειρωμένο το άκρο.

• Ο σωλήνας να έχει εσωτερική διάμετρο μικρότερη από 1 mm, ώστε να μην τσακίζει.

• Να είναι απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις (DEHPfree).

• Να τοποθετείται σε αντλία μικρού όγκου και βάρους, μικρότερο των 350gr, που διαθέτει μπαταρία και είναι κατάλληλη για παρακλίνια, καθώς και για περιπατητική χρήση.

• Να έχει μενού στην ελληνική γλώσσα και να υποστηρίζει διάφορα προγράμματα έγχυσης, όπως συνεχούς ροής, κατ' επίκληση δόσης, συνεχούς και κατ' επίκληση δόσης και προγραμματισμένης αυτόματης δόσης, ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών των ασθενών διαφόρων κλινικών.

• Να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας της αντλίας με H/Y, ώστε να μεταφέρονται εύκολα και χωρίς λάθη τα πρωτόκολλα έγχυσης που έχει σχεδιάσει ο χρήστης ιατρός.

• Να παρέχεται η δυνατότητα κατ' επίκλησης δόσης από τον ασθενή μέσω πλήκτρου στην αντλία καθώς μεμπουτόν χειρός με καλώδιο.

• Να έχει δυνατότητα λειτουργίας με αλκαλική ή με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και να μπορεί να λειτουργεί και με AC δίκτυο.

• Να έχει δυνατότητα καταγραφής του επιπέδου πόνου του ασθενούς σε κλίμακα VAS από τον ασθενή, ώστε να παρέχει την κατάλληλη πληροφόρηση στον χρήστη-ιατρό για την βελτιστοποίηση της αναλγησίας σύμφωνα με τα findings.

Αιτιολόγηση / ΠροτεραιοποίησηΕΠΑΡΚΕΙΑ: **ΜΗΝΑΣ**ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι ΠροσδιορισμοίΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: **ΕΛΕΥΘΕΡΗ /**ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
52802	ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΦΘΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΕΧ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ		100	

ΣΥΝΟΛΑ:

100