

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 78936

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 3966

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 04/06/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καθετήρας ψεκασμού-έγχυσης χρωστικής για χρωνοενδοσκόπηση GLO-TIP HIGH-FLOW SPRAY CATHETER

μιας χρήσης, για έγχυση - ψεκασμό σκιαγραφικών, χρωστικών και άλλων ουσιών στον γαστρεντερικό βλεννογόνο.

Να διαθέτει φέροντα καθετήρα από διαφανές teflon - PTFE χαμηλού συντελεστή τριβής και υψηλής προωθητικότητας

ώστε να διευκολύνεται η εισαγωγή και η προώθηση του στο κανάλι εργασίας,

διαμέτρου 7fr με ευρύ εσωτερικό αυλό για

υψηλή ροή - high flow, μεγάλου μήκους 240cm, με ενσωματωμένο αφαιρούμενο

προτοποθετημένο στειλέο από

υπερελαστικό κράμα ντινόλης μήκους 100cm για βέλτιστη προωθητικότητα.

Να φέρει μεταλλικό ακτινοσκοπικό άκρο (radiopaque smooth metal spray tip) για

άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό, με

ειδικό σχεδιασμό ώστε να διαχέεται η εγχυόμενη ουσία σε ακτίνα ψεκασμού 360 μοιρών.

Να διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία του ενός τεμαχίου,

συμβατός με κανάλι εργασίας

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
52374	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ SPRAY ΠΕΠΤΙΚΟΥ		20	

ΣΥΝΟΛΑ: 20