

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΣΕΤ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ

ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

1. Κυκλοτερή Καθετήρα κατάλυσης μέσω παλμικού πεδίου ηλεκτροδιάτρησης (Pulse Field Ablation) κατάλληλος για κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής.

Να φέρει αυλό για την εύκολη τοποθέτηση του στην φλέβα. (over the wire). Να παρέχει ενέργεια PFA και να ανιχνεύει ηλεκτρική δραστηριότητα, από όλα τα ηλεκτρόδια. Να διαθέτει 9 ηλεκτρόδια των 3mm κατασκευασμένα σε μονή ελικοειδή διάταξη των 25mm. Να διατηρεί σταθερή την απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων για την αποφυγή θερμικών βλαβών. Να εκτελεί κάμψη 170 μοίρες bidirectional. Να είναι εξωτερικής διαστάσεως 9 Fr, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μικρό θηκάρι. Να διαθέτει μηχανισμό ασφαλοεισαγωγής στο θηκάρι. Να διαθέτει μελέτη για ασφάλεια χρήσης σε Παροξυσμική και Εμμένουσα Κολπική Μαρμαρυγή. Να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο συνοδό εξοπλισμό.

2. Συνδετικό καλώδιο κατάλληλο για PFA.

3. Κατευθυνόμενο θηκάρι (Steerable Sheath) Θηκάρι για καθετήρα PFA.

• Να διατίθεται σε μέγεθος 10fr εσωτερική διάμετρο

• Να διαθέτει ομαλή μετάβαση διαστολέα-θηκαριού για την ευκολη εισαγωγή στην μοιριαία και διάτρηση του μεσοκολπικού.

• Να έχει ακτινοσκοπικό σημάδι στο άκρο του θηκαριού για εύκολη αναγνώριση της θέσης του.

• Να διαθέτει ενσωματωμένο διαστολέα συμβατό με σύρμα 0.035''.

• Να διαθέτει δυνατότητα κάμψης μοίρες bidirectional

• Να διαθέτει ένδειξη για τέλεση διαφραγματοστομίας με την χρήση βελόνας

• Να είναι συμβατό με τον καθετήρα PFA.

4. Σύρμα κατάλληλο για το Σύστημα PFA 0.032'' 180 m, ατραυματικό

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
43785	ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ)		1	
53680	ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ		1	
53680	ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ		1	
ΣΥΝΟΛΑ:			3	