

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΝΧΥΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΝΥ. ΝΑ ΕΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ MICRO TIP ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΓΧΥ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ΤΟ MICRO TIP ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ. ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ MONITOR ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ (ΠΑΝΩ ΣΤΟ MONITOR ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΛΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΡΩΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΑΠ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΕΞΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DATA VIEW. ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ TUNELLING . ΥΛΙΚΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
47079	ΣΕΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΟ Κ' ΕΝΔΟΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΟ			6
ΣΥΝΟΛΑ:				6