

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 79640
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4414
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 23/06/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος	Οικονομικά Στοιχεία
KENTPO KOCTOYΣ: ΝΠ 6ος ΟΡΟΦΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:	
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σετ κυκλώματος παροχής υψηλών ροών αερίου, με βέλτιστη ύγρανση, ενηλίκων (κύκλωμα και υγραντήρας): Τεμ.40, Ρινικά γυαλάκια (medium) για παροχή υψηλών ροών αερίου, με βέλτιστη ύγρανση: Τεμ.30, Ρινικά γυαλάκια (large) για παροχή υψηλών ροών αερίου, με βέλτιστη ύγρανση: Τεμ.10. Όλα τα αναλώσιμα υλικά να είναι συμβατά με το μηχάνημα παροχής υψηλής ροής οξυγόνου AIRVO2 F&P. Επισυνάπτονται προδιαγραφές	
Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση	Πρόσθετοι Προσδιορισμοί
ΕΠΑΡΚΕΙΑ:	ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ	ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:	ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
	Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53131	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ			80
ΣΥΝΟΛΑ:				80

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ AIRVO2

1. Να είναι συμβατό για χρήση με τη συσκευή AIRVO 2 που διαθέτει το νοσοκομείο, και να είναι σύμφωνο με τα χαρακτηριστικά της συσκευής όπως αυτά αναφέρονται τις οδηγίες χρήσης της συσκευής.
2. Η συσκευασία να περιλαμβάνει, **Θερμαινόμενο σωλήνα** για την χορήγηση του μείγματος αερίων με ενσωματωμένη αντίσταση θέρμανσης περιμετρικά στο τοίχωμα του κυκλώματος και ενσωματωμένο αισθητήρα μέτρησης της θερμοκρασίας αερίων και πρόσθετο **σύστημα μόνωσης** από τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος προς αποφυγή δημιουργίας συμπυκνωμάτων υγρασίας που είναι **επικίνδυνα** για την υγεία των ασθενών.
Ο σωλήνας να διαθέτει **σύστημα ασφάλισης πάνω στην συσκευή**, προς αποφυγή ακούσιας αποσύνδεσης και διακοπής της θεραπείας. **Θάλαμο νερού** που να διαθέτει σύστημα αυτόματης πλήρωσης νερού **με διπλό ανεξάρτητο σύστημα** προστασίας από υπερπλήρωση του θαλάμου με νερό για την μέγιστη προστασία των ασθενών.
3. Να **εναρμονίζεται πλήρως** με τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της συσκευής AIRVO2, όπως αυτά περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής: εύρος ρύθμισης ροών από 2 - 60 L/min, εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας από 31 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
4. Προκειμένου να δύναται να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους ασθενείς που μπορούν να επωφεληθούν από τη θεραπεία υψηλής ροής, να είναι κατάλληλο για χρήση με **όλες τις κατηγορίες ασθενών** που υποστηρίζει η συσκευή AIRVO 2 σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της, ήτοι ενήλικες, παιδιά και βρέφη, διαθέτοντας δυνατότητα σύνδεσης με τις αντίστοιχες ρινικές κάνουλες για τις παραπάνω κατηγορίες ασθενών.
5. Να υποστηρίζει τη σύνδεση με τις νέες ασύμμετρες ρινικές κάνουλες επανυξημένης απόδοσης.
6. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ένα ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες.
7. Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται από παραπομπές σε πρωτότυπα εγχειρίδια/έντυπα του κατασκευαστικού οίκου ή από επίσημες πηγές.
8. Να κατατεθεί δείγμα.

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: Θερμαινόμενα Κυκλώματα : 40 τεμ –

Ρινικά Medium: 30 τεμ – Ρινικά Large: 10 τεμ.