

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 79873

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4522

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 27/06/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ. ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΛΑΒΙΔΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΥΠΟΥ YASARGIL, ΣΕ ΣΧΗΜΑ BAYONET, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 7'' ΚΑΙ ΑΚΡΟ 0,5mm. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. 2) ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ 3m ΜΗΚΟΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ 4mm ΤΥΠΟΥ "ΜΠΑΝΑΝΑ". ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ " USA 2-Pin". ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΑΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 4 MHz ΚΑΙ 0,6 MHz ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ AUTOSTOP - AUTOSTART ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΑΛΜΩΝ (INTERVAL) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ (RF TIME), ΑΠΟ 10mSEC ΕΩΣ 30 SEC. ΥΛΙΚΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ) ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
47081	ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 0,5 MM		20	
48357	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ		20	
ΣΥΝΟΛΑ:			40	