

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 80310

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4775

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 08/07/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να διαθέτει πιστοποιήσεις CE IVD

2. Το σύστημα να απομονώνει ταχύτατα και αυτόματα γενετικό υλικό προερχόμενο από μεγάλη γκάμα πηγών, όπως επίχρισμα (ρινοφαρυγγικό, κολπικό, ουριθρικό), ορό, ολικό αίμα, ENY, BAL, κυτταρολογικό δείγμα υγρής φάσης (LBC), πτύελα, ούρα, κόπρανα (Cary-Blair)

3. Για τον έλεγχο SARS-CoV-2 να είναι συμβατό και πιστοποιημένο με τη μεθοδολογία RT-PCR που χρησιμοποιεί το εργαστήριο για απομόνωση ιικού RNA από φαρυγγικό, ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, ρινοφαρυγγικό έκκριμα, βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL), και πτύελα.

4. Το κιτ της απομόνωσης να είναι πλήρες και να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου

5. Να ολοκληρώνει την απομόνωση του γενετικού υλικού το πολύ σε 30 λεπτά ανά δείγμα για έως και 32 δείγματα ταυτόχρονα, χωρίς όμως να γίνεται σπατάλη αντιδραστηρίων σε περίπτωση μικρότερου αριθμού δειγμάτων

6. Να δέχεται όγκο δείγματος προς επεξεργασία 200 µL

7. Να παράγει όγκο έκλουσης γενετικού υλικού 100µL ανά δείγμα

8. Να απαιτεί χρόνο χειρισμού ως 10 λεπτά ανά run

9. Να ενσωματώνει την τεχνολογία μεταφοράς μαγνητικών σφαιριδίων

10. Να διαθέτει εσωτερική ειδική εγκατάσταση αποστείρωσης του με υπεριώδη ακτινοβολία για την αποφυγή επιμολύνσεων

11. Το σύστημα να είναι μικρών διαστάσεων ως 50cmx 50cmx 50cm, και βάρους λιγότερο των 40 kg για να τοποθετείται εύκολα στο διαθέσιμο εργαστηριακό χώρο

12. Να παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση των χειριστών

13. Η συμμόρφωση με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής αυτόματης απομόνωσης γενετικού υλικού να πιστοποιείται με αναλυτικές προσποχές σε κατάλληλα

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53188	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ			480

ΣΥΝΟΛΑ: 480