

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 82088

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5781

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 10/09/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΡΑΜΜΑ NYLON (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ) 6-0, ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ, ΜΗΚΟΥΣ 30CM, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8C ΜΗΚΟΥΣ 8MM, ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ .Η βελόνα να έχει περιεκτικότητα σε Νικέλιο μεταξύ 6.0 - 11.0% κ.β. ώστε να εξασφαλίζονται η μέγιστη δυνατή αντοχή στην κάμψη και η ελάχιστη δυνατή αντίσταση διείσδυσης. Να κατατεθούν αναλυτικά τιμές μέτρησης της αντοχής της κάμψης (ανά N-cm και gr.cm) καθώς και τιμές μέτρησης της αντίστασης διείσδυσης (ανά gr). (Διατίθενται βελόνες πλαστικής χειρουργικής με μικρό-εγκολπώσεις στο σώμα τους για την καλύτερη) σταθερότητα στο βελονοκάτοχο, με αιχμή ακονισμένη σε δύο πλευρές για πολλαπλά περάσματα χωρίς απώλεια διείσδυσης και τραπεζοειδούς σχήματος για ελαχιστοποίηση της βλάβης του

Οικονομικά ΣτοιχείαΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ****Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
43650	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ (ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ) ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ USP 6/0, διπλή στρογγυλή tap 3/8 κύκλου, μήκος ράμματος 60εκ., μήκος βελόνης 13χιλ.		48	

ΣΥΝΟΛΑ: 48