

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 83240
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 6482
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 09/10/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος		Οικονομικά Στοιχεία	
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΝΠ 6ος ΟΡΟΦΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ		ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ		ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:			
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Για τον ασθενή με αρ. μητρ. 560241 χρήζει σειτ μόνιμου καθετήρα PICC Προδιαγραφές υλικού: Καθετήρας κεντρικής φλέβας, περιφερικά εισερχόμενος, μονού, διπλού, τριπλού αυλού 4,5 και 6F, δυναμικής έγχυσης σκιαγραφικού 5ml/sec από ακτινοσκιερή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη και οδηγό σύρμα από nitinol μήκους 50cm. Με τεχνολογία ανίχνευσης του TIP (TIP location system), με αντίστροφο κωνικό σχεδιασμό στο σημείο εισόδου στο αγγείο και με ένδειξη παρακολούθησης κεντρικής φλεβικής πίεσης. Με πλήρες σειτ τοποθέτησης που να περιλαμβάνει τους μικροεισαγωγείς, τα επιθέματα statlock (τεμ: 2) και τα χειρουργικά πεδία. Να έχει βαλβίδες έτσι ώστε να μην χρειάζεται ηπαρίνη αλλά μόνο φυσιολογικό ορό. Απαραίτητη η πλήρης και αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου είδους. Απαραίτητος			
Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση		Πρόσθετοι Προσδιορισμοί	
ΕΠΑΡΚΕΙΑ:		ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /	
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:		ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:		ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:	
		Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:	

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
43763	ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ PICC			1
ΣΥΝΟΛΑ:				1