

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

Οικονομικά Στοιχεία

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σει κατάλυσης με χρήση ενέργειας παλμικού πεδίου (Pulsed Field Ablation) για την απομόνωση των πνευμονικών φλεβών.
το ΣΕΤ να αποτελείται από:

-ΚΑΘΕΤΗΡΑ PFA ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ (BASKET & FLOWER) κατάλληλος για την απομόνωση των πνευμονικών φλεβών σε περιστατικά κολπικής μαρμαρυγής με διάμετρο 31mm και 35mm. Ο καθετήρας να έχει εξωτερική διάμετρο 12.8F και συνολικό μήκος 115cm και να έχει την δυνατότητα εναλλαγής σχήματος (Basket ή Flower). Να διαθέτει 20 ηλεκτρόδια, από τα οποία τα 5 να χρησιμεύουν για ανίχνευση σημάτων και τα υπόλοιπα για την δημιουργία ηλεκτρικού παλμικού πεδίου.

-ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ PFA ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΛΜΩΝ

-ΘΗΚΑΡΙ ΠΗΔΑΛΙΟΧΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ, συμβατό με τον καθετήρα PFA μεταβαλλόμενου σχήματος για απομόνωση των πνευμονικών φλεβών σε περιστατικά κολπικής μαρμαρυγής. Να διαθέτει διάφανο σώμα, ώστε να διευκολύνει στο εντοπισμό των φυσαλίδων και η εσωτερική του διάμετρος να είναι 13F. Να έχει την δυνατότητα να καμφθεί προς μια κατεύθυνση (unidirectional) και να έχει ακτινοσκοπικό marker στο απώτερο άκρο του. Το χρησιμοποιούμενο μήκος του θηκαριού να είναι 74cm.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53680	ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ		1	
53680	ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ		1	
53680	ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ		1	
ΣΥΝΟΛΑ:			3	