

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 83265

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 6497

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 09/10/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: BOWIE DICK TEST .Το πακέτο να αποτελείται από χάρτινα πορώδη φύλλα κα ενδιάμεσα να φέρει δείκτη με χημική μεβρανη.

Το φύλλο να φέρει τυπωμένα τα δεδομένα του κύκλου αποστείρωσης

(π.χ ημερομηνία, χειριστής αριθμός κλιβάνου, επιτυχημένο αποτυχημένο κλπ) ώστε να

είναι έτοιμο προς αρχειοθέτηση.

Να υπάρχει ημερομηνία παραγωγής και λήξης σε κάθε πακέτο.

Να παραμένει αναλλοίωτη η μελάνη στο φύλλο δείκτη επί μακρό διάστημα .

Να μην ανοίγει το πακέτο κατά την διάρκεια του τεστ.

Να ακολουθεί το Ευρωπαϊκό πρότυπο 11140-4. Να έχει απότομη μεταβολή χρωματισμού.

Να ελέγχει όλες τις παραμέτρους κλιβανισμού και επιπλέον την παρουσία αέρα στον κλίβανο.

Να χρησιμοποιείται σε κλίβανο ατμού θερμοκρασίας 121-134 °C

Να έχει 400 πορώδη φύλλα .

Η χρωστική να μην έχει μόλυβδο ή άλλα τοξικά και βαρέα μέταλλα

Να υπάρχει ερμηνευτικός πίνακας σφαλμάτων του Bowie Dick test.

ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53036	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ			300

ΣΥΝΟΛΑ: 300