

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 84119

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 6960

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 29/10/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: PAS histochemical staining kit for paraffin sections. Ready to use.

- Να είναι πλήρες kit και να περιέχει:

- α) διάλυμα Periodic acid, β) αντιδραστήριο Schiff κατά Hotchkiss - Mc Manus, γ) διάλυμα Potassium metabisulphite 1-3%, pararosaniline 0,5-1%, υδροχλωρικό οξύ <0,5% δ) διάλυμα μονιμοποίησης και ε) Mayer's αιματοξυλίνη σε διάλυμα aluminium sulfate 3-5%, acetic acid 1-5%.

- Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 50 min.

- Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 2-8ο C.

- Να είναι κατάλληλο για 100 tests. Να φέρει σήμανση CE-IVD.

- Να κατατεθούν το TECHNICAL DATA SHEET και το SAFETY DATA SHEET (SDS) του kit, από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμφωνία με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53068	PAS			2

ΣΥΝΟΛΑ:

2