

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Εύκαμπτο, ψηφιακό ουρητηροσκόπιο μιας χρήσης 7,5Fr.

Να διατίθεται με μέγιστη εξωτερική διάμετρο ουρητηροσκοπίου 7,5Fr σε όλο το μήκος του για εύκολη πρόσβαση σε όλες τις ανατομικά δύσκολες περιοχές.

Να διαθέτει κανάλι εργασίας διαμέτρου 3.6 Fr το οποίο να εμφανίζεται στην 2η ώρα το οπτικού πεδίου καθώς και να έχει ωφέλιμο μήκος 650mm.

Να διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο περιστρεφόμενο ακροφύσιο στην χειριστήρια λαβή για σύνδεση του ενδοσκοπίου με την αναρρόφηση.

Να είναι εύκαμπτο σε όλο το μήκος του με δυνατότητα κάμψης του άκρου διπλής κατεύθυνσης (πάνω και κάτω) 270°.

Να διαθέτει οπτικό πεδίο 90°, πηγή φωτισμού 2 LED, και βάθος εστίασης 3mm- 50mm.

Να συνοδεύεται από εύχρηστο συνδετικό Luer Lock για την προώθηση ίνας Laser και λοιπών εργαλείων καθώς και θύρα για την έγχυση νερού.

Να διαθέτει ανάλυση εικόνας (Image Resolution) 5Lp/mm.

Να συνδέεται με φορητή οθόνη αφής-επεξεργαστή εικόνας 10.1" χωρίς να απαιτείται η σύνδεση του με τον ουρολογικό πύργο του τμήματος.

Να δύναται να εκτελεστούν οι λειτουργίες (white balance, video recording, freeze & capture image) κατ' επιλογή τόσο από την χειριστήρια λαβή του ενδοσκοπίου όσο και από την οθόνη αφής του επεξεργαστή.

Να διαθέτει αυτονομία έως και 4 ωρών χρήσης ενώ ο χρόνος να αναγράφεται στην οθόνη σε εμφανές σημείο, για την έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη.

Ο επεξεργαστής εικόνας-monitor να είναι τεχνολογίας CMOS και να έχει δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων χωρητικότητας 8 GB.

Να διαθέτει έξοδο HDMI για δυνατότητα σύνδεσης με την οθόνη του υπάρχοντος ενδοσκοπικού πύργου του χειρουργείου.

Επίσης, να διαθέτει έξοδο USB για την αποθήκευση σε εξωτερική μονάδα (εξωτερικό σκληρό δίσκο, USB flash drive) των εξετάσεων που πραγματοποιούνται.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ.

ΑΙΤΗΜΑ ΟΥΡ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50064	ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ			5
ΣΥΝΟΛΑ:				5