

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 84833

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7248

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 12/11/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **Μ.Ε.Θ. ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Περιχειρίδες ενός ασθενή κατάλληλες για όλες τις συσκευές μέτρησης αρτηριακής πίεσης
2. Να συνδέονται με απλό τρόπο σε κάθε ηλεκτρονική ή αναλογική συσκευή, μονού ή διπλού αυλού.
3. Να διαθέτει ειδική υποδοχή ταχυσύνδεσμου Flexiport για να μπορεί να προσαρμοστεί στο σωλήνα κάθε πιεσόμετρου, ώστε η διαδικασία εναλλαγής μεταξύ διαφόρων μεγεθών να απαιτεί ελάχιστα δευτερόλεπτα και μηδενική πιθανότητα λάθους σύνδεσης.
4. Να διαθέτουν σχισμή τοποθέτησης του ταχυσυνδέσμου για την αποφυγή χρήσης λάθους μεγέθους περιχειρίδας.
5. Ο σωλήνας που συνδέεται στην περιχειρίδα να δύναται να πραγματοποιήσει περιστροφή 360° χωρίς να επηρεάσει την λειτουργία της περιχειρίδας ή του πιεσόμετρου.
6. Να είναι ειδικά σχεδιασμένα για να είναι αμφιδέξια.
7. Να είναι κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμο υλικό, να μην περιέχει BPA, DEHP ή PVC.
8. Να διαθέτει CE
9. Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO σειράς 9001:2015, 13485:2016, 14001:2015, 45001:2018 και θα πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/88/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ.32B/16.01.04).
10. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 13485 και ISO σειράς 9001.
100 ΤΕΜΑΧΙΑ SMALL. Ευηλίκων (27-38cm)

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
52188	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ -ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ MONITOR			150

ΣΥΝΟΛΑ: 150