

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΡΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 150X200 ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. .
ΤΟ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 70 GR/M2 ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΑΛΑΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ.
ΝΑ ΕΧΕΙ PEEL OFF ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ.ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ
ΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΚΡΙΝΕΙΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΙ
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΥΚΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ
ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΡΟΛΟ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ.
ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
47515	ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ 150X200 ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ		25	
ΣΥΝΟΛΑ:			25	