

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 84838

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7253

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 12/11/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **Μ.Ε.Θ. ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000- 2800ml ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΙ ΑΝΑ 100ml. Ο ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ. Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΗΜΑ T. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ.ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 120 cm ΤΟ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΔΕΔΕΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΣΚΟ. Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 400-600ml ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ. ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
48239	ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ		200	

ΣΥΝΟΛΑ: 200