

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 85161

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7414

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 21/11/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: - Διαγνωστικό σύρμα Emerald AMPLATZ 260cm - Τεμάχιο ένα (1)
- Καθετήρας Vert - TEMPO-5 .038 100 VERT-135 Τεμάχιο ένα (1)
- Διαγνωστικός καθετήρας PIG super torque - Τεμάχιο ένα (1)
- Καθετήρας TEMPO USL -5Fr 80cm Τεμάχιο ένα (1)
- Καθετήρας Tempo 5Fr C2 65cm - Τεμάχιο ένα (1)
- Συσκευή πληρώσεως μπαλονιού (Inflation device) -Τεμάχια δύο (2)
- Ενδαγγειακό μόσχευμα σπλαχνικών αγγείων BEFLARED FEVAR, τεχνολογίας μοσχεύματος (stent graft), με ενδοτοιχωματική μεταλλική ενίσχυση από κράμα χρωμίου-κοβαλτίου (CoCr) τελευταίας τεχνολογίας L605, με διαφορετικές διαμέτρους στο απώτερο και το εγγύτερο άκρο του, προ-φορτωμένο σε ημιδιατετό καθετήρα με μπαλόνι. Το σύστημα είναι πλήρως επικεκαλυμμένο από μονή μεμβράνη μικροπορώδους συνθετικού υλικού ePTFE πάχους $203\mu\text{m} \pm 25\mu\text{m}$. Ο καθετήρας αγγειοδιαστολής είναι ομοαξονικός OTW 0.035", διέρχεται από θηκάρι 6F (στα stent grafts 05/8 και 6/8 mm) και 7F (στα stent grafts 07/10, 8/10 και 9/11 mm), διατίθεται δε στο μήκος των 120cm. Το BEFLARED FEVAR Stent Graft ενδείκνυται για χρήση ως μέσο γεφύρωσης θυριδωτών μοσχευμάτων.
1. ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ BEFLARED 7/10 x 27 x 120 ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2)
2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ BEGRAFT+ 8/10 x 27 x 120 ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Κ.Σ. ΜΕ ΑΜ: 828381

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
41965	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ τύπου VERT	33141200-2		1
43726	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ τύπου PIGTAIL	33141200-2		1
44166	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ AMPLATZ SUPER STIFF (ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ)			1
45730	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ 20-30ATM			2
47712	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ			2
53500	ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ePTFE			3
ΣΥΝΟΛΑ:			10	