

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 84954

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7306

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 14/11/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σετ μπαλονιού με φαρμακευτική ουσία που να περιλαμβάνει :

1. Καθετήρα μπαλονιού PTA - αγγειοπλαστικής αγγείων μήκους 40 mm - διαμέτρου 6 mm, με μήκος καθετήρα 80 cm και συμβατό με οδηγούς σύρματα από 0,014'' έως 0,035'' - επικαλυμμένο με τις φαρμακευτικές ουσίες (paclitaxel and ultravist) για αποτελεσματικότερη διεύθυνση του φαρμάκου στα τοιχώματα του αγγείου. Είναι ελεύθερο πολυμερούς και η άκρη του διαθέτει ειδική σχεδίαση εύκολης εισόδου και διέλευσης εντός στενώσεων καθώς και την πρόληψη επαναστένωσης, ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2).

2. Σετ Παρακέντησης 6F (Femoral)

Βελόνα Παρακέντησης

• Μήκος L : 7 cm

• Διάμετρος O : 18 Gauge

Υδρόφιλο Θηκάρι εισαγωγής με διαστολέα

• Μήκος Θηκαριού L : 11 cm

• Διάμετρος O : 6F

• Μήκος διαστολέα L : 16,9 cm

Σύρμα οδηγός

• Μήκος L : 45cm

• Διάμετρος O : 0,018 ''

3. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 20 ml - 30 ATM -ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ T-HANDLE, ΤΥΠΟΥ HP STR, ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ 1200 PSI.

4. ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ

Η συσκευή οργάνωσης και χειρισμού καθετήρων και οδηγών συρμάτων θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να σταθεροποιεί και να διευκολύνει την οργάνωση και τον χειρισμό καθετήρων και οδηγών συρμάτων κατά τη διάρκεια χειρουργικών & ενδοαγγειακών επεμβάσεων . Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει μια επίπεδη βάση με αυλακώσεις για την ευκολη στερέωση της σε χειρουργικά πεδία και οδηγούς διαφόρων διαστάσεων οι οποίοι συγκρατούν καθετήρες , οπτικές ινες και σύρματα στην επιθυμητή θέση.

Η συσκευή θα πρέπει να δέχεται σύρματα 0,014'', 0,018'' καθώς και 0,035'' καθώς και καθετήρες όλων των διαστάσεων.

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Κ.Ι. ΜΕ ΑΜ: 847905

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
43758	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ		1	
45708	ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ 18G ΚΑΙ 1.3/4 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΣΥΡΜΑ 0.35 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ 20-30ATM		1	
45730	ΘΗΚΑΡΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ		1	
46614	ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΚΛΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ		2	
50567	ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗΣ			

ΣΥΝΟΛΑ:

6