

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 85218
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 647
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 24/11/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: . Ο ενδοτραχειακός σωλήνας να είναι μιας χρήσης, κατασκευασμένος από PVC, με αεροθάλαμο (cuff) κυλινδρικού σχήματος Hi volume-Low pressure.
2. Ως επιπλέον χαρακτηριστικό ασφαλείας να διαθέτει πλάγια οπή (Murphy eye).
3. Να διαθέτει λευκή ακτινοσκοπική γραμμή έως το κατωφερέστερο άκρο του, η οποία να μην διακόπτεται από την πλάγια οπή (Murphy eye).
4. Να διαθέτει μαύρο ακτινοσκοπικό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα, περίπου ένα (1) εκατοστό πάνω από τον αεροθάλαμο (cuff) για την ένδειξη της σωστής τοποθέτησης.
5. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί για την στοματική και την ρινική διασωλήνωση.
6. Να έχει βέλτιστη αναλογία εξωτερικής προς εσωτερική διάμετρο, η οποία να κυμαίνεται από 1,32 έως 1,34, ώστε σε ασθενείς με μικρό άνοιγμα γλωττίδας, καθώς και σε περιπτώσεις ρινοτραχειακής διασωλήνωσης, να είναι δυνατή η επιλογή ενδοτραχειακού σωλήνα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρο.
7. Να αναγράφονται στον κατάλογο του προϊόντος του κατασκευαστικού οίκου, ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθεί, η εξωτερική και εσωτερική διάμετρος του σωλήνα.
8. Να διαθέτει αποσπώμενο συνδετικό 15 mm.
9. Το συνδετικό να φέρει και στις δυο πλευρές του, συμμετρικές εγκοπές για την ασφαλή, εύκολη και γρήγορη χρήση της ταινίας σταθεροποίησης του σωλήνα (φακαρόλα).
10. Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΑΠΛΟΙ NO 7,5

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
48127	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ No 7,5 ΑΠΛΟΙ ΜΕ CUFF		300	
ΣΥΝΟΛΑ:			300	