

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

Οικονομικά Στοιχεία

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΧΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΜ: 562866

ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 260X150X33MM (LARGE) ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ

Σετ σπόγγων πολυουρεθάνης Large 2 τεμάχια για θεραπεία εβδομάδας διαστάσεων 260mm X 150mm X 33mm

στην οποία να περιέχονται ανά κάθε σπόγγο 2 τεμ φιλμ για να κλείσει αεροστεγώς το τραύμα ,

1 δίσκος αναρρόφησης με 3 σωλήνες 2 μέτρων μήκος για την δυνατότητα ενστάλαξης στο τραύμα.

Ο κάθε σπόγγος να είναι ξεχωριστά αποστειρωμένος στο σετ

Αντιμικροβιακό διάλυμα 1000ml με Πολυεξανιδη και Μπεταϊνη

ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 1000ML LIFOTRONIC

"Δοχείο συλλογής εκκρίσεων 1000ml ,αποστειρωμένο , με περιεχόμενο που να ζελατινοποιεί το εξίδρωμα και να έχει διαβαθμίσεις σε ml.

Να έχει μια υποδοχή σύνδεσης μέσω τις οποίας να συλλέγονται τα υγρά του τραύματος και μια υποδοχή ανίχνευσης της πίεσης του τραύματος "

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Εύρος αρνητικής πίεσης 0-200mmHg

Εγχρωμη οθόνη αφής LCD 7"

Ταχύτητα άντλησης 8l/min

Ροή ενστάλαξης 8l/min

Ένδειξη αρνητικής πίεσης στην αντλία και ξεχωριστή ένδειξη αρνητικής πίεσης στο τραύμα

6 τρόπους θεραπείας

Αυτονομία έως 12 ώρες εκτός ρεύματος

ΧΡΗΣΕΙ 4 ΑΛΛΑΓΩΝ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51642	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ	33140000-3	4	
52175	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ		4	
ΣΥΝΟΛΑ:			8	