

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 86206

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7838

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 18/12/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καθετήρας ενδοστεφανιαίου υπερήχου μηχανικής σάρωσης και συχνότητας 40MHz, για την απεικόνιση της εσωτερικής μορφολογίας των στεφανιαίων αγγείων. Να διαθέτει χαμηλό προφίλ προσπέλασης (3.15F/1.05 mm) καθιστώντας τον συμβατό με οδηγούς καθετήρες αγγειοπλαστικής 5F.

Να φέρει δείκτες ανά εκατοστό για την διευκόλυνση του χρήστη τόσο ως προς την

μέτρηση της βλάβης όσο και ως προς την οπτική εκτίμηση της απόσυρσης της κεφαλής κατά την διαδικασία της απεικόνισης.

Να φέρει υδρόφιλη επικάλυψη στα άπω 23cm και να προσδίδει εξαιρετική προωθητικότητα σε ελικοειδή αγγεία.

Να συνοδεύεται από τον απαραίτητο εξοπλισμό

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
42806	Καθετήρες ενδοστεφανιαίου υπερήχου		15	
ΣΥΝΟΛΑ:			15	