

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 86209
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7841
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 18/12/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καθετήρες - ενδοαορτικά μπαλόνια 7,5fr και όγκο αεροθαλάμου 30CC & 40CC για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς με διαφορετικό ύψος.

Ο εσωτερικός αυλός να είναι κατασκευασμένος ομοκεντρικά, με αποτέλεσμα την συμμετρική και ομοιόμορφη εισαγωγή του στο αγγεί και εξωτερικά να διαθέτει ενσωματωμένο μεταλλικό σπείραμα, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η παλινδρόμηση του αερίου και να επιτυγχάνεται η ταχεία πλήρωση και κένωση του μπαλονιού ακόμα και σε υψηλούς καρδιακούς ρυθμούς, προσφέροντας πάντα την μέγιστη θεραπεία στον ασθενή.
Να διαθέτει μεμβράνη υδρόφιλης επίστρωσης, έτσι ώστε όταν υγρανθεί να διευκολύνει τη εισαγωγή του
Τα ενδοαορτικά μπαλόνια θα πρέπει να προσφέρονται με πλήρη σετ εισαγωγής ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν με ή χωρίς θηκάρι. Ο καθετήρας θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένο Peel-Away θηκάρι (προ συναρμολογημένη συσκευή αιμόστασης) για την χωρίς θηκάρι (SHEATHLESS) τοποθέτηση του μπαλονιού, χωρίς να προκαλείται αιμορραγία της μηριαίας στην τοποθέτηση του.
Στο σετ θα πρέπει να περιλαμβάνονται απαραίτητα δυο σύρματα εισαγωγής καθώς επίσης και δυο θηκάρια εισαγωγής, το ένα θηκάρι διαθέτει παράπλευρη παροχή για λήψη δείγματος αρτηριακού αίματος.

Μέσα Στο σετ θα πρέπει να υπάρχουν συνδετικά αερίου ηλίου για όλες τις αντλίες της αγοράς

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: οχι /
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤ. ΣΥΣΚ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ MON.	ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α.	ΑΞΙΑ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	
IAB-06830-U <<ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚΟ ΜΠΑΛΟΝ 7.5FR 30CM>>		TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.	TEMAXIO		0	1.250,00		24%		0,00	
IAB-06840-U <<ΣΕΤ ΕΝΔΟΑΡΤΙΚΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ARROW 7.5FR/40CC>>		TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.	TEMAXIO		0	1.250,00		24%		0,00	
ΣΥΝΟΛΑ:					0	2.500,00					0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ

Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 07/01/2026

Σελίδα: 2 από: 2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 86209

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7841

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 18/12/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ο/Η

ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

ΡΟΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ