

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 86759
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 124
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 07/01/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

Οικονομικά Στοιχεία

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΧΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ασθενής με ΑΜ 834979, με έλλειμα μαάκων μοριών, λόγω οστεομυελοτιδασ, εχρηζει
θεραπείας με:
Σύστημα αρνητικής πίεσης μίας χρήσεως για συνεχομένη θεραπεία έως 7 ημερών,
αποτελούμενο σε ενιαία αποστειρωμένη συσκευασία του ίδιου κατασκευαστή από:
1) Φορητή αποστειρωμένη συσκευή αναρρόφησης μίας χρήσεως, χωρίς φορτιστή,
με 2 μπαταρίες, χωρίς κάνιστρο συλλογής, με σταθερή πίεση -80mm Hg.
Η συσκευή να έχει ένδειξη καλής λειτουργίας,
χαμηλής μπαταρίας, ένδειξη ανίχνευσης διαρροής και ένδειξη πλήρωσης εξιδρώματος τι
επιθέματος,
ετικέτα αναγραφής έναρξης θεραπείας και διαφανή φορητή θήκη για τη ζώνη.
2) Ειδικό αυτοκόλλητο αποστειρωμένο επίθεμα αποτελούμενο από:
α) αυτοκόλλητο στρώμα επαφής από σιλικόνη, β) αφρώδες υπεραπορροφητικό στρώμα που
απορροφά στην δομή του από 60ml έως 135ml ,
γ) στρώμα με τεχνολογία ομοιόμορφης κατανομής της πίεσης σε όλη την επιφάνεια του
επιθέματος,
δ) εξωτερική μεμβράνη με υψηλή διαπνοή και προστασία του τραύματος από βακτήρια κα
ε) σωλήνα αναρρόφησης με μαλακό άκρο, χωρίς σκληρά μέρη και ενσωματωμένο φίλτρο
αντεπιστροφής.
Να διαχειρίζεται το εξίδρωμα κατά 80% μέσω της εξάτμισης και 20% μέσω της
απορρόφησης στη δομή του.
Να φέρει σε κάθε συσκευασία 2 επιθέματα και 12 ταινίες σταθεροποίησης.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
48091	ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗ VAC			1
ΣΥΝΟΛΑ:				1