

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καθετήρας μπαλόνι διάνοιξης ασβεστωμένων αγγείων (IVL) με τεχνολογία ακουστικών κρουστικών παλμών, για την διάνοιξη στενώσεων με σοβαρές επασβεστώσεις. Να διαστέλλεται στις 4 atm ώστε να εφάπτεται άριστα στο τοίχωμα του αγγείου . Το μπαλόνι να διαθέτει πομπούς εκπομπής ηχητικών ωστικών κυμάτων , ικανών να μεταδίδο τοπικά πίεση έως και 50 atm , προκαλώντας ελεγχόμενη θραύση και κονιοτροποίηση του συσσωρευμένου στα τοιχώματα ασβεστίου. Να υποστηρίζεται από γεννήτρια ύψους 3.000volt και συχνότητας 1Hz κατά την διάρκεια της επέμβασης.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
52806	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ		2	
52806	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ		2	
ΣΥΝΟΛΑ:			4	