

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 87015  
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 13  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 12/01/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

Οικονομικά Στοιχεία

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10X20, 8 PLY ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 100% ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟ(ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑΣ 18 +/- 2 ΚΛΙΣΤΕΣ / CM2, ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ T!N 100 ΓΑΖ!N ( ΕΝΙΑΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ(ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α(Α: ΨΖ5Λ46ΜΨΙΦ-Σ7( ) ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

- Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι υψηλής απορροφητικότητας, τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ), και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία (μηχανέλαια κλπ). Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξουφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη είναι 90 μοίρες).
  - !ς προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου EN 14079:2003
- Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:
- τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής
  - το είδος του περιεχομένου
  - η ημερομηνία παραγωγής
  - ο αριθμός παρτίδας
  - οι διαστάσεις ( μήκος-πλάτος)
  - Η σήμανση πιστότητας CE.Στείλτε δείγμα.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /  
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /  
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:  
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

| ΚΩΔ. ΝΟΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ               | CPV | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----------|-------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------|
| 44653     | ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10X20 cm |     | 200000             |                       |
| ΣΥΝΟΛΑ:   |                                     |     | 200000             |                       |