

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 86997

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 274

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 12/01/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - AIDS

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ταχύ τεστ ανοσοχρωματογραφίας για την ανίχνευσης HBsAg για επαγγελματική invitro διαγνωστική χρήση. Να έχει δυνατότητα ποιοτικής ανίχνευσης του HBsAg σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. Να έχει ελάχιστη αναλυτική ευαισθησία 1 ng/ml και ανίχνευση των σεροτύπων HBV (adr, adw, ayr, ayw). Να έχει μορφή κασέτας μιας χρήσης, ατομικά συσκευασμένη (κασέτα δοκιμής, ξηραντικό, οδηγίες χρήσης) Να έχει ενσωματωμένη γραμμή ελέγχου (C) και γραμμή δοκιμής (T). Να έχει χρόνο ανάγνωσης αποτελέσματος 10 λεπτά. Να έχει ποιοτικό αποτέλεσμα χωρίς χρήση οργάνων. Να έχει διαγνωστική ευαισθησία ? 99.8%. Να έχει διαγνωστική ειδικότητα ? 99.8%. Να έχει μηδενική διασταυρούμενη αντιδραστικότητα με μη σχετικούς βιοδείκτες. Να έχει απουσία παρεμβολών από συνήθεις χημικές ουσίες (EDTA, ασκορβικό οξύ, κ.λπ.). Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης σε 2-30°C. Να έχει προστασία από υγρασία και θερμότητα στη σφραγισμένη συσκευασία. Να έχει σήμανση CE ως IVD. Να έχει πλήρεις οδηγίες χρήσης. Να έχει ευδιάκριτη σήμανση LOT, EXP και κατασκευαστή. Να έχει ένδειξη ότι είναι για επαγγελματική χρήση και μιας χρήσης.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
47378	RAPIDAN TESTER HBSAG 25T		10	

ΣΥΝΟΛΑ: 10