

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΝΑΡΚΩΣΗ)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ.

- Προστατευτικά επιθέματα οφθαλμών για την αποφυγή της ξήρανσης και τον περιορισμό
- των εκδόρων του κερατοειδούς, κατά την διάρκεια γενικής αναισθησίας, σε επεμβάσεις
- που έχουν υψηλό κίνδυνο τραυματισμό του κερατοειδούς χιτώνα του οφθαλμού ή απαιτούν
- την οπτική θεώρηση των οφθαλμών και τον συχνό έλεγχο της διαμέτρου της κόρης των οφθαλμών.
- Να έχουν ελλειψοειδές σχήμα, διαστάσεων τουλάχιστον 5,3cm X 3.3cm, σε μέγεθος,
- ώστε να είναι εύχρηστα, να σταθεροποιούνται καλά και να εξασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη των επιφανειών των βλεφάρων.
- Να είναι εξαιρετικά λεπτά και εύκαμπτα για την καλή και την ατραυματική προσκόλληση τους πάνω στα βλέφαρα, χωρίς να δημιουργούνται πτυχώσεις ή κενά.
- Να διαθέτουν απολήξεις μήκους 1cm στην άνω πλευρά και μήκους 2cm στην κάτω πλευρά
- τους, οι οποίες να διευκολύνουν τον άριστο χειρισμό, καθώς και την άσηπτη εφαρμογή
- και την αφαίρεση των επιθεμάτων, χωρίς άγγιγμα των βλεφάρων, ακολουθώντας την φυσιολογική φορά κλεισίματος των βλεφάρων από πάνω προς τα κάτω.
- Να διαθέτουν μονής επικάλυψης περιμετρικό μεζ φιλμ πολυαιθυλενίου με ακρυλικό αυτοκόλλητο και μονής επικάλυψης κεντρική διάφανη θυρίδα από φιλμ πολυουρεθάνης, με
- ήπιο ακρυλικό αυτοκόλλητο, ώστε να διασφαλίζονται το σωστό κλείσιμο των παρυφών των
- βλεφάρων, η δυνατότητα άμεσης οπτικής θεώρησης των οφθαλμών και η άνεση των ασθενών.
- Να μην περιέχουν latex (latex free) και να διατίθενται σε ζεύγη σε αποστειρωμένη,
- ατομική συσκευασία φακέλου.
- Να έχουν εκτυπωμένες τις εικόνες - οδηγίες για την ορθή τοποθέτηση των επιθεμάτων.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ: ΜΗΝΑΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
42878	ΕΠΙΔΕΞΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ		200	
ΣΥΝΟΛΑ:			200	