

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ **

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σετ Συστήματος παροχής και διατήρησης σταθερού πνευμοπεριτοναίου με λειτουργία αντιστάθμισης & εξισορρόπησης της ενδοκοιλιακής πίεσης, με την ροή εμφύσησης σε πραγματικό χρόνο και ταυτόχρονη απαγωγή-εκκένωση καπνού. Το Σετ περιλαμβάνει: Οπτικό Τροκάρ τριών αυλών, χωρίς βαλβίδα συγκράτησης πνευμοπεριτοναίου, χαμηλού προφ, με οπτικό στυλεό για πρόσβαση στην κοιλιακή κοιλότητα. Να μπορεί να γίνεται ανέπα η αφαίρεση μικρών παρασκευασμάτων (ιστών, λεφαδένων κ.α.) και ανεμπόδιστη εισαγωγή και αφαίρεση των βελόνων, ραμμάτων και πλεγμάτων. Να είναι με ατραυματικό άκρο, χωρ βαλβίδα αέρος, με αυλό εκκένωσης-απαγωγής καπνού διαμέτρου 12mm και μήκους κάνουλι 100mm.

Η κάνουλα να φέρει τρεις αυλούς (εμφύσησης, μέτρησης ενδοκοιλιακής πίεσης και απαγωγής-εκκένωσης χειρουργικού καπνού).

Σωλήνας παροχής διοξειδίου του άνθρακα, ο σωλήνας να διαθέτει τρεις αυλούς για χρήση με σύστημα σταθερής ροής CO2, να έχει έναν αυλό για συνεχή και αδιάκοπη παροχή αερίου, έναν για συνεχή και αδιάκοπη μέτρηση πίεσης εντός της κοιλιακής χώρας και έναν για συνεχή και αδιάκοπη απαγωγή-εκκένωση καπνού.

Να διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο (ULPA 0,01μm) ενεργού άνθρακα, για αναγνώριση και παγίδευση υγρών.

Να διαθέτει βαλβίδα (Bullseye)

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ

ΑΙΤΗΜΑ ΟΥΡ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53322	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ		25	
ΣΥΝΟΛΑ:			25	