

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 87442

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 520

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 20/01/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: CONGO RED Να είναι πλήρες kit και να περιέχει:

- α) διάλυμα Congo red σε αιθανόλη 40-60%, ισοπροπανόλη 5-10%
β) διάλυμα Alkaline differentiation buffer σε αιθανόλη 10-20%, ισοπροπανόλη 1-5%
γ) διάλυμα Phosphate buffer και δ) διάλυμα Mayer's αιματοξυλίνη σε διάλυμα aluminium sulfate 3-5%, acetic acid 1-5%.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 35 min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25o C.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests. Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να κατατεθούν το TECHNICAL DATA SHEET και το SAFETY DATA SHEET (SDS) του kit, από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμφωνία με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53072	CONGO-RED			1

ΣΥΝΟΛΑ:

1