

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 87447

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 524

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 20/01/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: MASSON TRICHROME

Να είναι πλήρες kit και να περιέχει:

α) Weigert's iron hematoxylin - διάλυμα Α

β) Weigert's iron hematoxylin - διάλυμα Β

γ) διάλυμα Picric acid σε αιθανόλη 40-60%, ισοπροπανόλη 5-10%

δ) Ponceau acid fuchsin σε διάλυμα acetic acid 1-5%

ε) Phosphomolybdic acid 1-3%

στ) Masson aniline blue 1-5% σε διάλυμα acetic acid 1-5%.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 35 min και να μην απαιτεί κλιβανισμό σε κανένα στάδιο.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25ο C.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests. Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να κατατεθούν το TECHNICAL DATA SHEET και το SAFETY DATA SHEET (SDS) του kit, από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμφωνία με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΡΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53087	MASSON TRICHROME			1

ΣΥΝΟΛΑ:

1