

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 87464

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 540

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 20/01/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Elastica Van Gieson

Να είναι πλήρες kit και να περιέχει τα διαλύματα:

α) Periodic acid

β) Αλκοολικό διάλυμα επώασης με αιθανόλη >80%, ισοπροπανόλη 10-20%

γ) Weigert's fuchsin-resorcin σε αιθανόλη >80%, ισοπροπανόλη 10-20%, 1,3-benzenediol 1-5%, υδροχλωρικό οξύ <0,5%

δ) Acid differentiation buffer σε αιθανόλη 20-40%, ισοπροπανόλη 1-5%

ε) Weigert's iron hematoxylin A σε ferro-hexahydrate 1-3%, υδροχλωρικό οξύ <0,5%

στ) Weigert's iron hematoxylin B 1-5% σε αιθανόλη >80%, ισοπροπανόλη 5-10%

ζ) Van Gieson's Picrofuchsin.

Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 1 h και 20 min.

Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 15-25ο C.

Να είναι κατάλληλο για 100 tests. Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Να κατατεθούν το TECHNICAL DATA SHEET και το SAFETY DATA SHEET (SDS) του kit, από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμφωνία με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53088	ELASTICA VAN GIESON		1	

ΣΥΝΟΛΑ:

1