

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ABO, RHESUS, ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ, ΑΜΕΣΗ
ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ COOMBS, ABO GEL
VIRTUAL ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ 4 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΔΟΤΕΣ ΚΑΙ 2 ΑΣΘΕΝΕΙΣ.ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ.ΑΥΤΑ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΜΕ ISO 17043. ΝΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΠΟΥ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ. ΤΟ ΟΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ 4 ΚΥΚΛΟΥΣ, ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟ 2021.

1 Πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας για τις εξετάσεις: Τυποποίηση ομάδων αίματος σύστημα ABO και RhD grouping, ανάστροφης ομάδας, προαναλυτικής, αναλυτικής και μετά αναλυτικής φάσης, να διενεργείται τέσσερις φορές ετησίως με τουλάχιστον δύο δείγματα ασθενών ανά κύκλο
4 kit

Προδιαγραφές:

Το ετήσιο πρόγραμμα να αποτελείται από 4 κύκλους (Με δυνατότητα του εργαστηρίου να επιλέξει τον αριθμό κύκλων. Σε κάθε κύκλο να αναλύονται τουλάχιστον δύο δείγματα, ώστε σε περίπτωση σφάλματος, το εργαστήριο να μπορεί να έχει μία ένδειξη αν το σφάλμα είναι τυχαίο ή συστηματικό , ώστε να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

2 Πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας για τις εξετάσεις: antibody screening (έμμεση Coombs) και συμβατότητα, να περιλαμβάνει επίσης την κλινική αξιολόγηση, την προαναλυτική, αναλυτική και μετά αναλυτική φάση, , να διενεργείται τέσσερις φορές ετησίως με τουλάχιστον δύο δείγματα ασθενών και τέσσερα δοτών ανά κύκλο
4 kit

Προδιαγραφές:

Το ετήσιο πρόγραμμα να αποτελείται από 4 κύκλους (Με δυνατότητα του εργαστηρίου να επιλέξει τον αριθμό κύκλων). Σε κάθε κύκλο να αναλύονται τουλάχιστον δύο δείγματα ασθενών για έλεγχο έμμεσης Coombs και διασταύρωσης (τα οποία θα είναι τα υπερκείμενα πλάσματα, από τα δείγματα του ολικού αίματος για ABO, Rh, ώστε να γίνεται ταυτόχρονα έλεγχος ABO, ηλεκτρονικής και ορολογικής ασυμβατότητας) και με τουλάχιστον τέσσερα δείγματα δοτών (ασκών), ώστε αφ ενός να υπάρχει η πιθανότητα ανεύρεσης συμβατού δότη και αφ ετέρου σε περίπτωση σφάλματος, το εργαστήριο να μπορεί να έχει μία ένδειξη αν το σφάλμα είναι τυχαίο ή συστηματικό , ώστε να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες

3 Πρόγραμμα εξωτερικής . αξιολόγησης ποιότητας για τις εξετάσεις: τεστ αντισφαιρίνης άμεσο, να περιλαμβάνει επίσης την κλινική αξιολόγηση, την προαναλυτική, αναλυτική και μετά αναλυτική φάση, να διενεργείται τέσσερις φορές ετησίως με τουλάχιστον δύο δείγματα ασθενών ανά κύκλο
4 kit

Προδιαγραφές:

Το ετήσιο πρόγραμμα να αποτελείται από 4 κύκλους, με δυνατότητα του εργαστηρίου να επιλέξει τον αριθμό κύκλων. Σε κάθε κύκλο να αναλύονται τουλάχιστον δύο δείγματα, ώστε σε περίπτωση σφάλματος, το εργαστήριο να μπορεί να έχει μία ένδειξη αν το σφάλμα είναι τυχαίο ή συστηματικό, ώστε να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες

4 Σύστημα ABO και Rh με ψηφιακές εικόνες για έλεγχο και επιβεβαίωση της
διαγνωστικής ικανότητας στην τυποποίηση ομάδων αίματος σύστημα ABO και RhD grouping,
ανάστροφης ομάδας., προαναλυτικής ,αναλυτικής και μετά αναλυτικής φάσης να διενεργείται
μία φορά ετησίως με τουλάχιστον είκοσι περιστατικών από δείγματα ασθενών ανά κύκλο,
1 kit

Προδιαγραφές:

Το πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας για την ερμηνεία στις εξετάσεις που διενεργούνται με γέλη, με ψηφιακές εικόνες, για Τυποποίηση ομάδων αίματος σύστημα ABO και RhD grouping, ανάστροφης., προαναλυτικής, αναλυτικής και μετά αναλυτικής φάσης, να διενεργείται μια φορά τον χρόνο. Τα πρόγραμμα να διενεργείται με απ ευθείας σύνδεση (μέσω διαδικτύου) ώστε όλα τα εργαστήρια να λαμβάνουν πανομοιότυπες εικόνες για την αντικειμενική αξιολόγηση τους