

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 10 Χ20 cm : - Η απορροφητική γάζα βαμβάκος να είναι υφασμα απλής υφανσης που έχει υποστεί πληρη λευκανση και καθαυση.
- Να είναι υδροφιλη αριστης ποιοτητας 100% βαμβακι - Υψηλης απορροφητικοτητας - Η πυκνοτητα να είναι 18 κλωστων +-2, και ελαχιστο βαρος 24gr/m2 -
Να φερουν βαριουχο ακτινοσκιερο νημα πλεγμενο κατα μηκος της γαζας και να είναι ορατο σε μικρες δοσεις ακτινοβολιας -
Να φερουν συσκευασια ασφαλη και πρακτικη - Να φερουν κωδικο παρτιδας και ημερομηνι παραγωγης - Να είναι κομμενες ισομετρικα χωρις ξεφτια με μεγαλη εσωτερικη αναδιπλω -ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ REF ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Η συσκευασια να είναι ευχρηστη 100 τεμαχιων ανα πακετο -
Στο πακετο να αναφερεται η ποσοτητα των τεμαχιων - Η υφανση να είναι ορθογωνισμεν και οχι λοξη -
Το παχος της κλωστης να είναι ισομετρικο σε ολη την υφανση - Να είναι συμφωνα με τ Ευρωπαϊκη και Ελληνικη φαρμακοποιια -
Να φερουν σημανση CE - Να είναι 12 αναδιπλωσεων (12ply)
Η ποσότητα των 50χιλ. να είναι ετοιμοπαράδοτη και να παραδοθει σε 2 ημέρες απο τη ημέρα της παραγγελίας από το νοσοκομείο

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
42901	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 10Χ20cm 12PLY		350000	200000
ΣΥΝΟΛΑ:			350000	200000