

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α Μ: 766505 :Σύστημα Ουρηθρικού Καθετήρα διαστολής με μπαλόνι επικαλυμμένο με πακλιταξέλη (Drug-Coated-Balloon DCB). Το DCB να είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιηθεί για τη διαστολή στενών τμημάτων της ουρήθρας (στενώσεων) ασκώντας ακτινική πίεση. Το άπω άκρο του καθετήρα να φέρει ένα ημιενδοτικό διογκούμενο μπαλόνι, το οποίο να είναι επικαλυμμένο με τη φαρμακευτική ουσία πακλιταξέλη. Η επικάλυψη να καλύπτει το μήκος εργασίας του σώματος του μπαλονιού. Η συσκευή να έχ δύο ζώνες ακτινοσκοπικών δεικτών που να υποδεικνύουν το μήκος εργασίας του μπαλονιού ακτινοσκοπικά. Η συσκευή να παρέχεται αποστειρωμένη με αιθυλενοξειδίο μέσα σε θήκη Tyvek. Κάθε DCB να παρέχεται με προστατευτικό θηκάρι το οποίο να προστατεύει το επικαλυμμένο με φάρμακο τμήμα του μπαλονιού-καθετήρα. Στην ετικέτα της θήκης Tyvek να υπάρχει διάγραμμα ενδοτικότητας του μπαλονιού. Σε κάθε συσκευασία να περιέχεται βιβλίο οδηγιών χρήσης στα Ελληνικά. Να διατίθεται στις παρακάτω διαστάσεις: Μήκος 30 και 50mm. Διάμετρος μπαλονιού σε διάταση 18, 24 και 30fr. Πιθανό κόστος 3000 ΕΥ +13% ΦΠΑ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53675	ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΑΙΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ			1
ΣΥΝΟΛΑ:				1