

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ Γ.2. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών μη-διατατά (non-compliant)

Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου τουλάχιστον 2,5-4,5 mm και ποικιλία μηκών και να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: προφίλ άκρου 0.017'' ή μικρότερο.

-Να είναι κατασκευασμένο από ειδικό υλικό, το οποίο επιτυγχάνει χαμηλή ενδοτικότητα και αντοχή σε υψηλές πιέσεις, κατάλληλο για χρήση σε μεταδιαστολή μετά από τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent).

-Να υπάρχει δυνατότητα διάτασης του μπαλονιού σε υψηλές πιέσεις ώστε να βοηθά στην ελεγχόμενη επέκταση του καθώς και στην ομοιόμορφη και σταθερή πίεση ρήξης σε όλες του τις διαμέτρους.

-Να διαθέτει ακτινοσκοπιούς δείκτες.

-Να διατίθενται σε Διαμέτρους (mm): 2.00 έως 5.00 mm και σε Μήκη (mm): 6 έως 30

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
44980	Καθετήρας μπαλόνι μηδενικής ενδοτικότητας-υψηλών πιέσεων (non compliant)		300	
ΣΥΝΟΛΑ:			300	