

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σύστημα κρυσκατάλυσης με μπαλόνι, το οποίο να περιλαμβάνει: Cryo καθετήρες για κολπική μαρμαρυγή με μπαλόνι διαμέτρου 28mm ή 23 mm δίχως ενδοτικότητα κατά την φά της κατάλυσης. Θηκάρι 15F, εσωτερικής διαμέτρου 12F μεταβαλλόμενης καμπύλης 0-160 μοιρών για ευκολότερη πρόσβαση σε όλες τις πνευμονικές φλέβες. Διαγνωστικό καθετήρ κυκλοτερής μορφής σε μεγέθη 15-20-25 mm κατάλληλο για όλες τις φλέβες. Όλα τα απαραίτητα συνδετικά καλώδια για τα παραπάνω είδη. Το σύστημα να διαθέτει μελέτες για κατάλυση σε παροξυσμική και εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή καθώς και σαν θεραπεία πρώτης γραμμής. Να διαθέτει μελέτη ότι σταματάει την εξέλιξη της νόσου πιο αποτελεσματικά από τα φάρμακα.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
45191	Ειδικό Πηδαλιοχούμενο θηκάρι διπλής μεταβαλλόμενης καμπύλης για σταθεροποίηση καθετήρων κατάλυσης και για διαφραγματοστομία.	33184500-8		1
45882	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ)			1
45882	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ)			1
53299	Καθετήρες κρυσκατάλυσης καρδιακών αρρυθμιών			1
53299	Καθετήρες κρυσκατάλυσης καρδιακών αρρυθμιών			1
ΣΥΝΟΛΑ:				5